kuraray

Noritake

Guide de l’Universal Excellence

UE

kuraray

Noritake



UE Universal Excellence

MOINS COMPLEXE = PLUS DE CONFIANCE

Changez de perspective : avec Universal Excellence, les produits s’adaptent à vous.

5 produits => toutes les utilisations quotidiennes.

Des protocoles simples, un risque d’erreur minimal et un stock optimisé grâce à des produits premium pensés pour votre pratique.

SOLUTIONS INTELLIGENTES ET OPTIMISEES

- Restaurations directes avec les composites photopolymérisables
- Traitement de l’hypersensibilité dentaire
- Réparation intraorale de prothèses fracturées
- Collage de tenons et reconstitutions corono-radiculaires
- Restaurations directes pour toutes les classes de cavités
- Fond de cavité dentaire
- Correction de la position et de la forme des dents (par exemple, fermeture de diastème, malformation des dents)
- Collage des inlays, des onlays et des facettes en céramique et en composite d'épaisseur inférieure à 2 mm
- Collage de couronnes, bridges, inlays et onlays
- Collage des restaurations prothétiques sur piliers d’implants
- Collage de bridges collés et d’attelles

*Consultez la notice d’utilisation pour connaître la procédure complète.
**Le temps de polymérisation dépend du type de lampe. Consultez la notice pour plus d’informations.

Universal Excellence

Restaurations directes avec les composites photopolymérisables*



Après nettoyage et mordançage sélectif :

1 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
2 Sécher 5 secondes jusqu'à ce que l'adhésif ne bouge plus
3 Photopolymériser**

4 Appliquer le composite
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal ou
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal
5 Photopolymériser**

6 Retoucher et polir avec TWIST DIA™ pour composites



OU



Vidéo composite fluide

Vidéo composite en pâte

Traitement de l’hypersensibilité dentaire*

Après nettoyage, sans mordançage :

1 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
2 Sécher 5 secondes jusqu’à ce que l’adhésif ne bouge plus
3 Photopolymériser**
4 Appliquer une gaze imbibée d’alcool



Réparation intraorale de prothèses fracturées*



Après sablage ou dépolissage à la fraise diamantée :

1 Appliquer KATANA™ Cleaner
2 Frotter 10 secondes
3 Rincer et sécher soigneusement



4 Appliquer CLEARFIL Universal Bond Quick 2
5 Sécher 5 secondes jusqu'à ce que l'adhésif ne bouge plus
6 Photopolymériser**

7 Appliquer le composite
CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal ou
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal



OU



8 Photopolymériser**
9 Retoucher et polir avec
TWIST DIA™ pour composites

Collage de tenons et reconstitutions corono-radiculaires - 1/2*

Préparer le tenon par mordançage (fibre de verre) ou sablage (alliage)

1 Appliquer KATANA™ Cleaner dans la cavité
2 Frotter 10 secondes
3 Rincer et sécher soigneusement



4 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
5 Sécher 5 secondes

NB : l'utilisation combinée de CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 et PANAVIA SA Cement, ne nécessite pas de photopolymérisation grâce au touch cure.



Collage de tenons et reconstitutions corono-radiculaires - 2/2*



5 Appliquer PANAVIA™ SA Cement Universal
6 Positionner le tenon
7 Eliminer les excès
8 Photopolymériser**

9 Réaliser le moignon avec CLEARFIL MAJESTY™ ES-Flow Universal
ou CLEARFIL MAJESTY™ ES-2 Universal

10 Photopolymériser** par couches de 2 mm
11 Retoucher

Vidéo collage de tenons



OU



Restaurations directes pour toutes les classes de cavités*

Après nettoyage et mordançage sélectif :



1 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
2 Sécher 5 secondes jusqu'à ce que l'adhésif ne bouge plus
3 Photopolymériser**

4 Appliquer le composite
CLEARFIL MAJESTY ™ ES-2 Universal ou
CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal
5 Photopolymériser**

6 Retoucher et polir avec TWIST DIA™ pour composites



OU



Vidéo composite en pâte

Vidéo composite fluide

Fond de cavité dentaire



Après nettoyage et mordançage sélectif :

1 Appliquer KATANA ™ Cleaner
2 Frotter 10 secondes
3 Rincer et sécher soigneusement



4 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
5 Sécher 5 secondes jusqu’à ce que l’adhésif ne bouge plus
6 Photopolymériser**

7 Appliquer CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal
8 Photopolymériser**
9 Retoucher



Correction de la position et de la forme des dents*

(fermeture de diastème, malformation des dents)

Après nettoyage et mordançage sélectif :



1 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
2 Sécher 5 secondes jusqu'à ce que l'adhésif ne bouge plus
3 Photopolymériser**

4 Appliquer le composite CLEARFIL MAJESTY ™ ES-2 Universal
ou CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal
5 Photopolymériser**

6 Retoucher et polir avec TWIST DIA™ pour composites



OU



Vidéo composite en pâte

Vidéo composite fluide

Collage des inlays, des onlays et des facettes en céramique et en composite d'épaisseur inférieure à 2 mm 1/2*

Après nettoyage et mordançage sélectif :



1 Appliquer KATANA™ Cleaner sur la restauration après essayage
2 Frotter 10 secondes
3 Rincer et sécher soigneusement

4 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
5 Sécher 5 secondes jusqu'à ce que l'adhésif ne bouge plus
6 Photopolymériser**

7 Appliquer KATANA™ Cleaner sur la préparation
8 Frotter 10 secondes
9 Rincer et sécher soigneusement



Collage des inlays, des onlays et des facettes en céramique et en composite d'épaisseur inférieure à 2 mm 2/2*



10 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
11 Sécher 5 secondes jusqu'à ce que l'adhésif ne bouge plus
12 Photopolymériser**

13 Appliquer CLEARFIL MAJESTY™ ES Flow Universal sur la restauration ou sur la préparation
14 Positionner la restauration
15 Retirer les excès
16 Photopolymériser**
17 Polir les limites



Collage* de couronnes, bridges, inlays/onlays et inlay-core



Après nettoyage et mordançage sélectif :

1 Appliquer KATANA™ Cleaner sur la restauration après essayage
2 Frotter 10 secondes
3 Rincer et sécher soigneusement

4 Appliquer KATANA ™ Cleaner sur la préparation
5 Frotter 10 secondes
6 Rincer et sécher soigneusement

7 Appliquer la colle PANAVIA™ SA Cement Universal sur la restauration ou sur la préparation
8 Positionner la restauration
9 Retirer les excès
10 Photopolymériser**

Vidéo collage



Collage des restaurations prothétiques sur piliers d'implants*

Après sablage et nettoyage des interfaces :

1 Appliquer la colle PANAVIA™ SA Cement Universal
2 Positionner la couronne sur le Ti-Base
3 Eliminer les excès
4 Photopolymériser**
5 Polir la limite





Collage de bridges collés et d’attelles 1/2*

Après nettoyage et mordançage sélectif :

1 Appliquer KATANA™ Cleaner sur la restauration après pré-traitement et essayage
2 Frotter 10 secondes*
3 Rincer et sécher soigneusement

4 Appliquer KATANA™ Cleaner sur la préparation
5 Frotter 10 secondes
6 Rincer et sécher soigneusement

7 Appliquer CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2
8 Sécher 5 secondes jusqu’à ce que l’adhésif ne bouge plus



Collage de bridges collés et d’attelles 2/2*

9 Appliquer la colle PANAVIA ™ SA Cement Universal sur la restauration ou sur la préparation
10 Positionner la restauration
11 Retirer les excès
12 Photopolymériser**



Universal Excellence