



ERSTE-HILFE-CHECKLISTE FÜR BETRIEBE

Entspricht Ihr Erste-Hilfe-Koffer der neuen ÖNORM Z 1020:2025?

Seit 1. Oktober 2025 gilt in Österreich die neue ÖNORM Z 1020:2025 für Erste-Hilfe-Koffer in Betrieben. Die Norm definiert, welche Materialien enthalten sein müssen und welche Anforderungen an Erste-Hilfe-Koffer gestellt werden.

Bestehende Erste-Hilfe-Koffer können weiterhin verwendet werden, müssen jedoch spätestens bis Oktober 2027 an die neuen Vorgaben angepasst werden.

Mit dieser Checkliste können Sie schnell prüfen, ob Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung im Betrieb bereits den aktuellen Anforderungen entspricht.

- Gehen Sie die Liste Punkt für Punkt durch
- Haken Sie vorhandene Bestandteile ab
- Ergänzen Sie fehlende Materialien rechtzeitig

So stellen Sie sicher, dass Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung im Notfall vollständig und einsatzbereit ist.

Wichtigste Änderungen der neuen ÖNORM Z 1020:2025

Die aktualisierte Norm bringt einige Anpassungen bei Inhalt und Ausstattung der Erste-Hilfe-Koffer.

Wichtige Neuerungen sind unter anderem:

- Erweiterte Hygienemaßnahmen (z. B. zusätzliche Handschuhe und Desinfektion)
- Verbesserte Maßnahmen zur Infektionsprävention
- Ergänzungen bei Beatmungshilfen
- Anpassungen bei Verbandsmaterialien
- Modernisierte Inhalte für typische Arbeitsunfälle

Ziel der neuen Norm ist es, eine zeitgemäße und wirksame Erste Hilfe im Betrieb sicherzustellen.

1. Grundprinzipien der ÖNORM

Prüfpunkte:

Innerhalb von maximal 3 Minuten erreichbar
Standorte basieren auf Gefährdungsbeurteilung
Mehrstöckige oder weitläufige Bereiche berücksichtigt
Türen, Treppen oder lange Wege wurden bewertet
Erste-Hilfe-Koffer strategisch im Betrieb verteilt
Pro Stockwerk mindestens ein Erste-Hilfe-Koffer

2. Anzahl der Erste-Hilfe-Koffer

Mitarbeiter im Betrieb Mindestanzahl

Mitarbeiter im Betrieb	Mindestanzahl
bis 5 Mitarbeiter	1 empfohlen
6 – 20 Mitarbeiter	mindestens 1
21 – 50 Mitarbeiter	mindestens 2
51 – 100 Mitarbeiter	mindestens 3
mehr als 100 Mitarbeiter	mehrere verteilt

3. Anforderungen an den Erste-Hilfe-Koffer

Prüfpunkte:

Erste-Hilfe-Koffer entspricht ÖNORM Z 1020:2025
Mindestvolumen 12 Liter
Stoßfestes Gehäuse
Staub- und spritzwassergeschützt
Gut sichtbar angebracht
Mit Erste-Hilfe-Symbol gekennzeichnet
Jederzeit zugänglich
Inhalt vollständig und sortiert
Inhaltsverzeichnis vorhanden
Kontrollblatt / Prüfnachweis vorhanden

4. Wund- und Verbandmaterial

Bestandteil:

3 × Dreiecktücher
10 × sterile Wundkompressen (10 × 10 cm)
1 × Alu-Verbandtuch (40 × 60 cm)
2 × Heftpflaster-Spulen
5 × Pflasterstrips
10 × Pflasterschnellverbände
4 × Momentverbände groß
6 × elastische Mullbinden
5 × Fingerschnellverbände

5. Schutz und Hygiene

Bestandteil:

3 Paar Nitril-Einmalhandschuhe
3 × Beatmungshilfen
3 × Desinfektionstücher
3 × FFP2-Masken

6. Weitere Erste-Hilfe-Hilfsmittel

Bestandteil:

3 × Rettungsdecken
2 × Kältesofortkompressen
Verbandschere
Splitterpinzette
Erste-Hilfe-Anleitung
Inhaltsverzeichnis

7. Nicht mehr zulässige Inhalte

Prüfpunkte:

Verbandpäckchen Größe M entfernt
Selbsthaftende Fixierbinden entfernt
Elastische Fixierbinden FB6 / FB8 entfernt
Fingerlinge mit Halteschlaufe entfernt

8. Organisation im Betrieb

Prüfpunkte:

Mitarbeiter kennen den Standort des Koffers
Verantwortliche Person festgelegt
Kontrollen werden dokumentiert
Verbrauchtes Material wird ersetzt
Verfallsdaten werden kontrolliert
Kontrollintervall maximal 1 Jahr

Ergebnis der Prüfung

☐ Anforderungen vollständig erfüllt
☐ Mängel festgestellt

Bemerkungen:

Wenn alle Punkte abgehakt sind, entspricht Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung den grundlegenden Anforderungen der neuen Norm. Fehlende Materialien sollten zeitnah ergänzt oder ersetzt werden, damit Ihr Betrieb im Notfall optimal vorbereitet ist.

Tipp: Führen Sie diese Kontrolle mindestens einmal pro Jahr durch und dokumentieren Sie das Prüfergebnis.