

YpsoPump Trainingscheckliste

Technische Einweisung in das YpsoPump System

Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbarkeit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.

Schulung

Vorname der geschulten Person

Nachname der geschulten Person

Adresse

E-Mail

Geburtsdatum

Seriennummer der YpsoPump

Chargennummer der YpsoPump

Trainingsprogramm

Alle nachstehenden Punkte sind verpflichtend. Die unterzeichnete Bestätigung muss bei der mylife Diabetes Care Gruppe eingereicht werden.

Allgemein

- Inhalt der YpsoPump Box
- Bestandteile des YpsoPump Systems
- Wie wird die Pumpe getragen
- Garantiebestimmungen
- Wasserdichtigkeit
- 24-Stunden-Service und Bestellvorgang
- Pumpenversicherung und Bedingungen für den Austausch

Bedienung

- Funktionstaste
- Navigation
- Bedienoberfläche

Inbetriebnahme

- Batterie einlegen und Selbsttest durchführen
- Uhrzeit und Datum einstellen
- Insulinpatrone/-reservoir einsetzen
- Infusionsset füllen

Run- und Stopp-Modus

- Pumpe in den Run- und Stopp-Modus versetzen

Basalrate

- Basalratenprofil A und B programmieren
- Basalratenprofil ändern
- Basalratenprofil wechseln
- Temporäre Basalratenfunktion aktivieren und abbrechen
- Basalratengrenze programmieren und ändern

Bolus

- Bolusschrittweite einstellen und ändern
- Normalen Bolus einstellen und abbrechen
- Verzögerten Bolus einstellen und abbrechen
- Kombinierten Bolus einstellen und abbrechen
- Blindbolusfunktion aktivieren/deaktivieren
- Blindbolus einstellen und abbrechen
- Alle trainierten Bolusfunktionen wurden von der geschulten Person korrekt durchgeführt
- Bolusgrenze programmieren und ändern

Infusionsset und Patrone/Reservoir

- Leeres Reservoir befüllen
- Patrone/Reservoir wechseln
- Infusionsset wechseln
- Infusionsset am Körper anbringen
- Kanüle füllen

Daten/Verlauf

- Therapiedaten anzeigen
- Alarm-Verlauf anzeigen

Funktionen und Einstellungen

- Uhrzeit und Datum ändern
- Zugriffssperre aktivieren/deaktivieren
- Screen um 180° drehen
- Bluetooth® aktivieren/deaktivieren
- Bluetooth®-Kopplung

Sicherheitsfunktionen

- Umgang mit Warnhinweisen und Alarmen

Lagerzustand

- Lagerzustand herstellen

☐ Start Kochsalzlösung

☐ Start Insulin

Trainingsdatum

Hiermit bestätigt der zertifizierte Trainer, dass das komplette Training, einschließlich praktischer Übungen, durchgeführt wurde.

Vorname des zertifizierten Trainers

Nachname des zertifizierten Trainers

Unterschrift zertifizierter Trainer

Hiermit bestätigt die geschulte Person, den Verwendungszweck und den sicheren Gebrauch des YpsoPump Systems uneingeschränkt verstanden zu haben.

Die geschulte Person bestätigt außerdem, dass sie die beiliegende YpsoPump Gebrauchsanweisung lesen und den Vorsichts- und Warnhinweisen besondere Aufmerksamkeit schenken wird.

Vorname der geschulten Person/des Erziehungsberechtigten

Nachname der geschulten Person/des Erziehungsberechtigten

Unterschrift geschulte Person/Erziehungsberechtigte

Achtung: Für ein verantwortungsvolles Diabetes-Management sind ausreichende Kenntnisse über Medizinprodukte wie Insulinpumpen und eine ordnungsgemäße Einweisung in den Gebrauch eine unabdingbare Voraussetzung. Eine Insulinpumpen-Therapie ohne grundlegende Einweisung zu beginnen, kann Ihre Gesundheit gefährden und ein ernstes Risiko darstellen. Deshalb darf das YpsoPump System und das zugehörige Therapiemanagement nicht ohne ordnungsgemäße Einweisung und ausdrückliche Zustimmung des behandelnden Arztes oder Ihres Diabetesteamts angewendet werden. Während der Einweisung werden Beispielwerte für Parameter verwendet; diese sind keine Benutzerparameter und dürfen nicht übernommen werden.

Ich nehme hiermit zur Kenntnis, dass alle Informationen und personenbezogenen Daten, die das verantwortliche Unternehmen der mylife Diabetes Care Gruppe von mir oder von Dritten erhält, gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und der Medizinprodukteverordnung verantwortungsvoll behandelt und gespeichert werden. Diese Daten werden ausschließlich zu Dokumentationszwecken in den Systemen von mylife Diabetes Care zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflichten verwendet. Alle Informationen zum Datenschutz und zu Ihren Rechten als betroffene Person finden Sie in der Datenschutzerklärung auf der mylife Diabetes Care Website für Ihr Land unter www.mylife-diabetescare.com.

Disclaimer: mylife, YpsoPump und myInsight+ sind registrierte Handelsmarken von mylife Diabetes Care AG oder ihren Tochtergesellschaften. // Die Bluetooth®-Wortmarke und die Bluetooth®-Logos sind registrierte Handelsmarken der Bluetooth SIG, Inc. und jeder Gebrauch dieser Marken durch die mylife Diabetes Care AG oder ihre Tochtergesellschaften ist unter Lizenz. // Andere Handelsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



Sicherheitsinformationen zu den genannten Produkten finden Sie in der Gebrauchsanweisung oder unter mylife-diabetescare.com/safety



DiabetesCare

mylife Diabetes Care AG

Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf • Switzerland

www.mylife-diabetescare.com