

Liste de contrôle de la formation à YpsoPump

Introduction technique au système YpsoPump

Si une personne est désignée uniquement au genre masculin ou féminin à des fins de commodité de lecture, les deux genres sont toujours inclus.

Formation

Prénom de la personne formée

Nom de famille de la personne formée

Adresse

E-mail

Date de naissance

Numéro de série de la pompe YpsoPump

Numéro de LOT de la pompe YpsoPump

Programme de formation

Tous les sujets indiqués ci-dessous sont obligatoires. La confirmation signée doit être déposée auprès de Diabetes Care Group.

Généralités

- Contenu de la boîte YpsoPump
- Composants du système YpsoPump
- Comment porter la pompe
- Clauses de garantie
- Étanchéité à l'eau
- Service 24h/24 et procédure de commande
- Assurance de la pompe et modalité de remplacement

Fonctionnement

- Bouton de commande
- Navigation
- Interface utilisateur

Mise en service

- Insertion de la pile et exécution de l'auto-test
- Réglage de l'heure et de la date
- Insertion d'une cartouche/d'un réservoir d'insuline
- Purge du dispositif de perfusion

Modes administration et mode suspension

- Régler la pompe en mode administration ou suspension

Débit basal

- Programmation des profils de débit basal A et B
- Modification du profil de débit basal
- Changement de profil de débit basal
- Activation et annulation de la fonction de débit basal temporaire
- Réglage et modification du débit basal maximal

Bolus

- Réglage et modification de l'incrément de bolus
- Réglage et annulation du bolus standard
- Réglage et annulation du bolus prolongé
- Réglage et annulation du bolus mixte
- Activation/désactivation de la fonction de bolus direct
- Réglage et annulation du bolus direct
- Toutes les fonctions de bolus apprises pendant la formation ont été correctement exécutées par le patient
- Réglage et modification du bolus maximal

Dispositif de perfusion et cartouche/ réservoir

- Remplissage d'un réservoir
- Remplacement de la cartouche/du réservoir
- Remplacement du dispositif de perfusion
- Fixation du dispositif de perfusion sur le corps
- Purge de la canule

Données/Historiques

- Affichage des données de traitement
- Affichage de l'historique des alarmes

Fonctions et paramètres

- Modification de l'heure et de la date
- Activation/désactivation du verrouillage de l'accès
- Rotation de l'écran de 180°
- Activation/désactivation du Bluetooth®
- Couplage Bluetooth®

Fonctions de sécurité

- Avertissements, alarmes et comment les gérer

Mode veille prolongée

- Mise en veille prolongée

☐ Démarrage Solution saline

☐ Démarrage Insuline

Date de la formation

Le formateur certifié confirme que l'ensemble de la formation, y compris les exercices d'application, a été dispensé.

Prénom du formateur certifié

Nom du formateur certifié

Signature du formateur certifié

Le patient confirme que l'usage prévu et l'application en toute sécurité du système YpsoPump ont bien été compris.
Le patient confirme également que le mode d'emploi de la pompe YpsoPump fourni sera lu et qu'une attention particulière sera portée aux mises en garde et avertissements.

Prénom du patient/tuteur légal

Nom du patient/tuteur légal

Signature du patient/tuteur légal

Attention: Pour une prise en charge responsable du diabète, une connaissance pertinente des produits médicaux, tels que les pompes à insuline, et une formation appropriée à leur utilisation sont indispensables. Initier un traitement par pompe à insuline sans formation appropriée peut mettre votre santé en danger et présenter un risque grave. En conséquence, n'utilisez pas le système YpsoPump et sa gestion du traitement sans formation appropriée ni le consentement explicite de votre professionnel de santé ou de votre équipe du diabète. Des exemples de paramètres sont utilisés pendant la formation; ce ne sont en aucun cas des paramètres d'utilisateur et ils ne doivent donc pas être copiés.

Par la présente, je reconnais que toutes les informations et données personnelles reçues par l'entreprise responsable ou le groupe mylife Diabetes Care de ma part ou de tiers seront traitées et enregistrées de manière responsable conformément aux lois relatives à la protection des données et la réglementation en matière de dispositifs médicaux. Ces données seront exclusivement utilisées à des fins de documentation dans les systèmes de mylife Diabetes Care pour remplir leurs obligations légales. Toutes les informations concernant la protection des données et vos droits en tant que personne concernée sont disponibles dans la politique de confidentialité sur le site web mylife Diabetes Care de votre pays à l'adresse www.mylife-diabetescare.com.

Clause de non-responsabilité: YpsoPump et myInsight+ sont des marques déposées de mylife Diabetes Care AG ou de ses filiales. // La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par mylife Diabetes Care AG ou ses filiales est soumise à licence. // Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Pour obtenir des informations concernant la sécurité des produits mentionnés, consultez le mode d'emploi ou le site mylife-diabetescare.com/safety



DiabetesCare

mylife Diabetes Care AG

Lyssachstrasse 40 • 3400 Burgdorf • Switzerland

www.mylife-diabetescare.com