#whdentalwerk
video.wh.com

Plus d'info sur **wh.com**

Mousse détergente désinfectante sans alcool pour le traitement des surfaces et des dispositifs médicaux

step one-S

Indications

Traitement de toutes les surfaces sensibles aux alcools et pré-traitement de l'instrumentation médico-chirurgicale sous mousse avant nettoyage en machine ou manuel.

Avantages du produit

- Sans phosphates, sans EDTA, sans colorant, sans parfum.
- Compatibilité avec un large panel de matériaux.
- Formulation sans chlorure.
- Flacon avec dispenseur de mousse.
- Prêt à l'emploi.
- Efficace contre les BMR (Bactéries multi-résistantes) et les virus enveloppés.

Composition

Agents de surface cationiques, agents de surface non ioniques, digluconate de chlorexhidine, agents séquestrants et excipients.

Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéricidie	EN 13727	5 minutes
	EN 13697	5 minutes
	EN 1276	2 minutes
Levuricidie	EN 13624	5 minutes
	EN 13697	5 minutes
	EN 1650	5 minutes
Fongicidie	EN 13624	15 minutes
	EN 13697	15 minutes
	EN 1650	15 minutes
Virucidie	EN 14476 + A2 *(Vaccinia Virus)*	5 minutes
	EN 14476 *(Virus PRV modèle de l'hépatite B) (Virus BVDV modèle de l'hépatite C)*	5 minutes
	EN 14476 *(Rotavirus)*	15 minutes
Sporicidie	EN 13704 *(Actif sur Clostridium Difficile)*	15 minutes

step one-S

Mousse détergente désinfectante sans alcool
pour le traitement des surfaces de DM

Caractéristiques

> Aspect : liquide fluide.

> pH : 6.

Conditionnement

> **Flacon pulvérisateur**
de 750 ml
Réf SO-S-0,75/1

> **Carton de 12 flacons pulvérisateurs**
de 750 ml
Réf SO-S-750/12

Protocole d'utilisation

1ère utilisation du vaporisateur :

> Porter des Équipements de Protection Individuelle appropriés (se référer à la Fiche de Données de Sécurité).

Utilisation :

1. Pulvériser uniformément Step One-S directement sur la surface à traiter ou sur une lingette sèche non tissée à usage unique.
2. Répartir la solution / mousse sur la surface avec la lingette.
3. Temps de contact : Selon activité antimicrobienne recherchée.
4. Ne pas rincer*
5. Jeter le support.
6. Renouveler l'opération si nécessaire.

**Ne nécessite pas de rinçage, sauf indication contraire du fabricant du revêtement de surface traité ou pour les surfaces en contact avec la peau et les muqueuses.*

Précautions d'emploi

Voir Fiche de Données de Sécurité.

Dispositifs médicaux de Classe IIb / CE 0459. Réservés aux professionnels de la médecine dentaire, non remboursés par les organismes d'assurance maladie. Nous vous invitons à lire attentivement les instructions figurant sur l'étiquetage du produit.

CE
0459

W&H France | t. 03 88 77 36 00 | commercial.fr@wh.com | wh.com

W&H / FICHE TECHNIQUE STEP ONE S / ED. 09/2021 / Sous réserve d'erreur d'impression / Photos non contractuelles.